



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ *Accredited conformity assessment body*

KONVEX-гасна и водо техника доо
Земун, Светозара Милетића 37 а

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Прво, редовно и ванредно контролисање: водомера за хладну воду називног пречника од 15mm до 40 mm, називног протока до 10 m³/h и опсега протока од 0,03 m³/h до 20 m³/h и гасомера са меховима, са и без температурне компензације, ознаке величине G4 и G6, опсега протока од 0,04 m³/h до 10 m³/h/ *Initial, regular and extraordinary inspection: of cold water meters the nominal diameter of which is ranging from 15mm to 40mm and nominal range from 0.03 m³/h to 20 m³/h and gas meters with bellows, with and without temperature compensation, the size G4 and G6, the range of flow from 0.04 m³/h up to 10 m³/h;*

Детаљан обим акредитације/*Detailed description of the scope*

Локација: Ковин, Улица ЈНА, бр. 19

Р. бр.	Предмет контролисања	Врста контролисања	Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници)
К-04 Мерни инструменти / Е-08 Проток			
1.	Водомери за хладну воду називног пречника од 15 mm до 40 mm, називног протока до 10 m³/h и опсега протока од 0,03 m³/h до 20 m³/h	Прво контролисање Редовно контролисање Ванредно контролисање	Правилник о метролошким условима за водомере („Службени лист СФРЈ“ бр.51/86), поглавља II, III и IV Метролошко упутство за преглед водомера („Гласник СЗМДМ“ бр.2/90)
2.	Гасомери са меховима, са и без температурне компензације, ознаке величине G4 и G6, опсега протока од 0,04 m³/h до 10 m³/h	Прво контролисање Редовно контролисање Ванредно контролисање	Правилник о метролошким условима за проточна мерила за запремину гаса („Службени лист СРЈ“ бр.45/98), поглавља II, III и IV Метролошко упутство за преглед гасомера („Гласник СЗМДМ“ бр.2/00)

Овај обим важи само уз Сертификат о акредитацији са акредитационим бројем **06-113** /
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No. 06-113

Акредитација важи до: 21.08.2016.
Accreditation expiry date: 21.08.2016.

в.д. ДИРЕКТОРА

Милица Лукешевић